



国药东风总医院

湖北医药学院附属东风医院

# 采 购 文 件

项目名称：国药东风总医院医科达直线加速器维保  
项 目

2025 年 8 月

## 第一章 采购书

1. 项目名称：国药东风总医院医科达直线加速器维保项目

2. 项目概况：详见技术要求

3. 资金来源：自筹

4. 交货方式、地点：

运输方式：由报价人自行确定（包装费、运输费及保险费，包含在总报价内）

交货地点：湖北省十堰市大岭路 16 号

收货单位：国药东风总医院

5. 货款结算方式：

货款及运输费用等经采购人验收合格后，由国药东风总医院与卖方（中标人）结算，具体结算办法如下：

### 5.1 付款方式：

6. 报名时间：2025 年 8 月 15 日至 2025 年 8 月 22 日

7. 报价截止时间：2025 年 8 月 22 日下午 18：00 以前

8. 评审时间：另行通知

9. 报价方式：纸质报价

10. 采购人联系方式：

联系单位：国药东风总医院招标办

招标办： 陈静      13907280772

设备科： 赵杰新      13317299092

# 国药东风总医院

## 医科达直线加速器维保项目

因工作需求，现对我院 2025 年度医科达直线加速器（Infinity）维修保养项目进行公开招标。

### 一、维修保养内容如下：

#### 医科达直线加速器维保参数

##### 一、设备概况

设备名称：直线加速器

设备型号：Infinity

生产厂商：医科达

##### 二、维保服务范围

维保类型：整机全保

维保范围：直线加速器整机保修，含人工及服务范围内的所有配件。包括但不限于直线加速器主机、多页光栅、控制系统、六维碳纤维治疗床、实时图像验证系统、X 线容积影像系统、肿瘤信息管理系统、肿瘤治疗计划系统、水冷系统、治疗室监控系统、激光定位系统、对讲系统、机房固定式辐射报警仪等相关设备的软硬件维修、维护。

##### 三、维保服务响应及开机率

1、维保单位提供 365 天\*24 小时全天候服务，30 分钟内响应，提供电话指导或远程诊断分析和维修设备，电话指导或远程诊断无效时，应 8 小时内到达现场。配件在诊断后 24 小时内到位。

2、维保服务期间确保设备开机率 $\geq 97\%$ （按每年 365 天\*24 小时计算），低于 97%时，停机时长超出一天保修延长 2 天。

##### 四、维保服务

1、提供周期性设备保养计划，维修、维护保养包含所需耗材（如冷媒、六氟化硫、氮气等）。

2、每年至少提供 4 次精细维护保养服务，含所需耗材。

3、每年进行至少一次性能及场所防护检测，更换核心部件（如加速管）时，需重新进行检测，必须符合国家质检要求，费用由维保单位支付。

4、每年至少提供一次多页光栅大保养服务。

### 三、供应商资质要求：

3.1.1 供应商应是注册于中华人民共和国的独立企业法人，满足采购文件要求资格的企业；

3.1.2 符合政府采购法第二十二条规定的供应商资格条件：

- ①具有独立承担民事责任的能力；
- ②具有良好的服务信誉和健全的财务会计制度；
- ③具有履行合同所必需的设备和专业技术人员；
- ④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- ⑤参加本次投标活动前三年内，在服务活动中没有重大违法记录；
- ⑥近三年内不存在违反招投标和政府采购相关法律法规的禁止行为；

### 四、投标文件要求：

- (1) 有效期内的营业执照正副本复印件
- (2) 投标文件真实性的声明函；
- (3) 投标代表为法人代表的，需提供法人代表证明书原件和法人代表身份证复印件；
- (4) 投标代表非法人代表的，需提供“法定代表人授权书”原件及投标代表本人身份证及复印件和法人身份证复印件；
- (5) 投标人符合规定条件的业绩；
- (6) 报价单（含税）。